



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز الاشراف والتقويم العلمي
دائرة ضمان الجودة
قسم اعتماد المختبرات

الدليل الارشادي

لاستمارة تصنيف جودة المختبرات للكليات الإنسانية والحاسبات
ومختبرات الصوت

بأشراف السيد رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي

أ.د. نبيل هاشم الاعرجي

اشراف مباشر من قبل كل من:-

أ. م. د. عرفات عبد الرزاق مطر

أ.د. وليد جوهر امين

اعداد

فاضل سعيد حسن

ابراهيم عباس ابراهيم

م. فضيلة حسين عليوي

الدليل الارشادي لاستمارة تصنیف جودة المختبرات للكليات الانسانية والحاسبات ومختبرات الصوت

المقدمة

مما لا شك فيه ان للمختبرات دور مهم واساسي في مسيرة الطالب من حيث تنمية مهاراته وتفكير العلمي والتحضير السليم للتجربة وفق المعايير القياسية ولكافحة التخصصات وبما يتلائم مع العلوم الحديثة وكيفية تحديد المشاكل والاستنتاجات وتفسير عملية التجربة وبما يساعد على تنمية الاتجاهات العلمية والفكيرية لدى الطالب وهذا مما يؤدي الى اتاحة الفرصة في الابداع والاختراع وكذلك تحسين او تطوير المهارات مع التنوع العلمي الكبير ومن اجل تسهيل استمارة التصنيف واثراء المؤشرات بالتفاصيل اللازمة والحرص العلمي بما يتاسب مع واقع المختبرات في الجامعات الرصينة فقد دأبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز الاشراف والتقويم العلمي بأعداد دليل ارشادي حول مؤشرات استمارة تصنيف المختبرات موضحاً فيه المؤشرات المطلوبة لكل مختبر وحسب معايير المختبر الجيد GLP.

الدليل الارشادي لاستماراة تصنيف جودة المختبرات للكليات الانسانية والحاسبات ومختبرات الصوت

- ١- يتضمن المؤشر الاول في استماراة تصنيف المختبرات (القيادة والادارة وعدد العاملين على ملاك المختبر) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (١٥ درجة) وينقسم هذا المؤشر الى محورين وكالاتي:-
- المحور الاول يتكون من جزأين:-
- الجزء الاول المشرف على المختبر ممكн ان يكون مشرف على مختبر واحد او عدة مختبرات بنفس التخصص ويلزم فيه ان يكون حاملاً للقب العلمي وكالاتي:-
 - { يمنح ٣ درجات ١- لقب استاذ مساعد .
 - { يمنح درجتان ٢- لقب مدرس
 - { يمنح درجة ٣- مدرس مساعد
 - الجزء الثاني حول المسؤول الفني ويلزم المعنى فيه ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الفني من احدى المعاهد التخصصية ويكون من ضمن مجموع اعداد العاملين كحد ادنى { يمنح درجتان .
- المحور الثاني حول عدد العاملين على ملاك المختبر وكالاتي:
- { تمنح ١٠ درجات - اربعة فاكثر .
 - { تمنح ٦ درجات - ثلاثة .
 - { تمنح ٤ درجات - اثنان .
- ٢- يتضمن المؤشر الثاني في استماراة تصنيف المختبرات (تأمين منظومات الحماية الجماعية) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (٩ درجات) واما العناصر الواجب توفرها في المختبر النموذجي كالاتي:-
- منظومة الإنذار المبكر والتي يجب توفرها في كل مختبر لاستشعار أي خطر ممكн ان يصيب المختبر او العاملين فيها على ان تفي بالمتطلبات وضمن الموصفات العالية.
 - منظومة التهوية والتي يجب توفرها في أي مختبر من تبريد وتدفئة ومفرغات هواء وتضاف اليها وجود نظام الهود في المختبرات العلمية والطبية . { تمنح ٣ درجات }
 - المطافئ وتخالف المطافئ من مختبر الى مختبر اخر وحسب التخصص (مطافئ CO_2 نوع باودر او فوم) { تمنح ٣ درجات }

٣- يتضمن المؤشر الثالث في استماره تصنيف المختبرات (التصميم المدنى للمختبرات) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (١٠ درجات) حيث ان تصميم المختبر النموذجي حسب تقسيم المختبر الى غرفتين او تقسيمات للمختبر الواحد وحسب خريطة التصميم في الملحق رقم (١) وكالاتي :-

- غرفة المختبر . { تمنح ٧ درجات }
- غرفة الادارة . { تمنح ٣ درجات }

٤- يتضمن المؤشر الرابع في استماره تصنيف المختبرات (برامج الدورات التدريبية للعاملين في المختبر) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (١٥ درجة) تكون الدورات في متطلبات الجودة او دورات تدريبية تخصصية او دورات في المواصفة الدولية (الايزو ٢٧٠٠١) او دورة في GLP تمنح درجة واحدة لشهادة المشاركة وثلاث درجات لشهادة الاجتياز وكالاتي:-

- دورة (مدقق داخلي او رئيس مدققين) تمنح من جهة دولية او محلية .
- دورة في متطلبات وثائق الجودة او دليل الجودة تمنح من جهة دولية او محلية .
- دورة في المواصفة الدولية (الايزو ٢٧٠٠١) تمنح من جهة دولية او محلية .
- دورات تخصصية وحسب اختصاص المختبر .
- دورة في GLP الخاص بالحاسبات .

٥- يتضمن المؤشر الخامس في استماره تصنيف المختبرات (برامج الادامة للأجهزة والمعدات) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (١٥ درجة) ويلزم المختبر بكل الفقرات الآتية:-

- برنامج ترميز الأجهزة والمواد المختبرية الموحد : حيث تم تزويد كل الجامعات والكليات الحكومية والاهلية ، بالковادات الخاصة بترميز الأجهزة والمواد المختبرية لكل مختبر وحسب ما تم بيانه بنظام الترميز للمخولين من الجامعات والكليات الحكومية والاهلية . { تمنح ٧ درجات }
- برنامج الصيانة الدورية: حيث يقوم المختبر بأعداد هيكليه كامله ببرنامج الصيانة من سجلات وكتشوفات الصيانة والاعداد لتأهيل العاملين بالصيانة وادخال الفنيين بدورات مستمرة بتقنية الاجهزه وصيانتها الدورية وحسب تخصص المختبر . { تمنح ٤ درجات }.

- برنامج تدريب العاملين : حيث يقوم المختبر بأعداد خطة كاملة بأعداد المنتسبين المؤهلين للدخول إلى الدورات مع كل تفاصيل الدورة وجداولها الزمنية.

{تمنح ٤ درجات }

- ٦- يتضمن المؤشر السادس في استماره تصنيف المختبرات (العنوانين الخاصة بالمخبرات) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (١٠ درجات) وكالاتي:

- وجود عنوانين لغرف والمختبرات:- حيث ان هذا الاجراء مهم لبيان وصف موقع المختبر وتخصصه . {تمنح درجتان }

- تعريف العاملين في المختبر وتخصصاتهم : حيث يلزم المختبر بتهيئة سجل خاص مبيناً فيه صور وأعداد العاملين في المختبر وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية والدورات والمساهمات والتجارب وغيرها من النشطات العلمية وحسب تخصص المختبر.

{تمنح ٣ درجات }

{تمنح ٣ درجات }

- اهداف المختبر .

- مخطط موقع المختبر ضمن البناءة وتحديد مخارج الطوارئ : حيث تعتبر من الاجراءات المهمة التي يجب على العاملين في المختبر معرفتها لتجنب المخاطر حين حدوثها لا سامح الله والخروج بأمان وان تكون واضحة. {تمنح درجتان }

- ٧- يتضمن المؤشر السابع في استماره تصنيف المختبرات (الشهادات التقديرية وكتب الشكر للعاملين في المختبر على مدار سنة التقييم) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (٥ درجات) حيث يمنح المختبر درجة لكل شهادة تقديرية تمنح للعاملين في المختبر حسراً سواء كانت شهادة دولية او محلية وكالاتي :-

{تمنح ٣ درجات }

- شهادة تقديرية دولية

{تمنح درجتان }

- شهادة تقديرية محلية

{تمنح درجة لكل كتاب شكر اثناء عمله في المختبر }

- كتب الشكر

٨- يتضمن المؤشر الثامن في استماره تصنيف المختبرات (مستلزمات الحماية الفردية والوسائل المرئية) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (١٠ درجات) ويعتبر وجود هذه المستلزمات في المختبر من الضروريات العلمية في المختبرات التخصصية وكالاتي :-

- سبورة ذكية او شاشة عرض او فيديوكونفرس (محادثة فيديوية). { تمنح ٤ درجات }
• صدرية عمل . { تمنح درجتان }
- قاطع دورة كهربائية للمختبر . { تمنح درجتان }
- بنجات خاصة بالحواسيب . { تمنح درجتان }

٩- يتضمن المؤشر التاسع في استماره تصنيف المختبرات (تأمين مستلزمات السلامة المختبرية) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (١٠ درجات) وكالاتي :

- العلامات الارشادية وهي العلامات التي ترشد وتوجه العاملين الى موقع العمل او الطريق . { تمنح درجتان }
- العلامات التحذيرية وهي الرموز المتفق عليها دولياً والتي تشير الى نوع الخطر وتجنبه وهي ملزمة في المختبرات التخصصية. { تمنح درجتان }
- المنظفات والمطهرات والتي تستخدم في الغاية بالمخبر وكذلك بالعاملين في المختبر وهي ملزمة في المختبرات التخصصية. { تمنح درجتان }
- صندوق الاسعافات الاولية وهو صندوق يحتوي على مواد طبية بسيطة مع قائمة توضح المحتويات الطبية. { تمنح درجتان }
- حاويات المختبرات . { تمنح درجتان }

١٠- يتضمن المؤشر العاشر في استماره تصنيف المختبرات (عدد الطلبة ضمن المختبر) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (٧ درجات) وتتوزع الدرجة حسب المساحة الاستيعابية على ان يتوفّر لكل طالب مساحة (٢,٥)م^٢ في المختبر وكالاتي :-

- مساحة المختبر تستوعب (٢٥) طالب . { تمنح ٧ درجات }
- مساحة المختبر تستوعب اكثر من (٢٥) طالب. { تمنح ٣ درجات }

١١- يتضمن المؤشر الحادي عشر في استماره تصنيف المختبرات (الطرائق الاجرائية) حيث ان الحد الاعلى للدرجة (١٥ درجات) ويلزم المختبر باتخاذ اجراءات تنفيذ الطرائق الاجرائية (الخمسة) المعدة من قبل قسم اعتماد المختبرات وكما مبين في

ملحق رقم (٢) وكالاتي :-

• ضبط الوثائق والسجلات.

• بيئة العمل.

• الاجراءات التصحيحية.

• الاجراءات الوقائية.

• التدقيق الداخلي.

{ تمنح ٣ درجات }

علمًا ان الاجراءات الموجودة ضمن الطرائق الاجرائية هي اجراءات شاملة لجميع المختبرات وتنفذ حسب تخصص المختبر ومهامه.